

Määrus nr. 15. juuli 1997 "Fluorograafia lõpetamine"

KRIITIKA:

1. Ei ole õige massiteabe kaudu hirmutada kodanikke fluorograafia üliohtlikkusest (22. augustil raadiost vähemalt 4 korda) kuna ühegi faktiga see tõestatud pole. Seega oht tegelikult puudub.

2. Majanduslik arvutus arvestusega 200 000 inimest aastas:

a) üks fluorogramm 11x11 cm kahes suunas hinnakirja järgi 63 EEK;

b) üks röntgenograafia 35x35cm kahes suunas hinnakirja järgi 213 EEK

Otsesed kulud: 200 000 x 150 EEK = 30 milj. EEK haigekassa limiidist.

Kaudsed kulud:

1) 1 kodaniku profülaktilise röntgenograafia ajakulu minimaalselt 5'. Seega: 5 x 200 000 : 60 = 16. 666 tundi. See on 10 röntgenkabineti aastane tööaeg, mille jooksul midagi muud teha ei saa.

2) Kogemuse alusel peame avama vähemalt 20 uut uute röntgenülesvõtete seadmetega kabinetti, et tagada momendil tehtav röntgenoloogiliste uuringute + juurdetuleva endise fluorograafia koormus.

Ühe kabineti käikulaskimine: aparaat 2 milj. EEK + ümberehitused, montaaž jm. kokku 2,5 milj. EEK.

$$2,5 \times 20 = 50 \text{ milj. EEK}$$

3) Suurema filmide kulu puhul on vajalik iga selline kabinet varustada ka ilmutusseadmetega: 150 000 EEK x 20 = 3 milj. EEK.

Ilmutusmaterjali maht võrreldes fluorograafiaga tõuseb 10x:

$$2 \text{ filmi } 35 \times 35 = 2450 \text{ cm}^2$$

$$2 \text{ fluorogrammi } 11 \times 11 = 242 \text{ cm}^2$$

Kui tahame kokku, et maht jääks samaks, peame selleks täiendavalt kulutama algul 90 milj. EEK ja igal järgmisel aastal ca 30-40 milj. EEK haigekassa lepingumahtu.

MIDA TEHA

1. Käskkiri ära muuta (alus: pole lisatud finantsilist arvestust). Õnneks pole see veel allasutustele välja saadetud.

2. Töötada välja järkjärguline fluorograafiast loobumise programm:
 - a) määrata ära grupid, kelle puhul vältida fluorograafiat (lapsed, naised fertiilses eas jt.);
 - b) kinnitada kontingendid, kellele on vajalikud profülaktilised uuringud ja sagedus - samas leida sellele ka materjalne kate;
 - c) fluorograaf amortiseerumisel asendada röntgenaparaatidega;
 - d) määratleda fluorograafide väljavahetamine lähtudes nende toodangu kvaliteedist, aparadi moraalsest ja füüsilisest kulumisest (enne vahetada välja vanemad F-4 Vene aparaadid ja alles siis Saksa ja Tsehhi 11x11 kaameraga aparaadid).